

عنوان آزمایش : CMV Ab (IgM)-CLIA
 عنوان دستگاه : ABBOTT

فNOO سری ساخت : ۱۱۱۸۳

عنوان کنترل : ABBOTT-3
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
2.749	2.633	2.517	2.401	2.285	2.169	2.053	0.116	4.83

تاریخ	مقدار
12/12/1399	2.5

تاریخ	مقدار
06/12/1399	2.24
09/12/1399	2.3
10/12/1399	2.25
11/12/1399	2.3

تاریخ	مقدار
02/12/1399	2.2
03/12/1399	2.21
04/12/1399	2.55
05/12/1399	2.3

Mean: 2.317	SD: 0.125	CV%: 5.378
-------------	-----------	------------

