

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : ABBOTT-3
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۷/۱۹:

سری ساخت : FNOO۱۱۱۸۳

عنوان آزمایش : CMV Ab (IgM)-CLIA
عنوان دستگاه : ABBOTT

| %CV | SD | SD _۲ - | SD _۲ - | SD _۱ - | MEAN | SD _۱ | SD _۲ | SD _۲ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴.۶۲۹ | ۰.۱۰۸ | ۲.۰۱۷ | ۲.۱۲۵ | ۲.۲۳۳ | ۲.۳۴۱ | ۲.۴۴۹ | ۲.۵۵۷ | ۲.۶۶۵ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲.۳۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
| ۲.۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
| ۲.۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
| ۲.۵۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
| ۲.۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
| ۲.۳۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
| ۲.۳۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
| ۲.۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲.۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
| ۲.۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
| ۲.۴۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
| ۲.۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
| ۲.۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
| ۲.۴۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
| ۲.۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
| ۲.۴۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
| ۲.۴۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲.۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
| ۲.۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
| ۲.۳۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
| ۲.۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
| ۲.۱۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
| ۲.۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
| ۲.۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
| ۲.۳۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
| ۲.۴۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |

| | | |
|------------|-----------|------------|
| CV%: 4.401 | SD: 0.103 | Mean: 2.35 |
|------------|-----------|------------|