

عنوان آزمایش : Carbamazepin

عنوان دستگاه : hplc

سری ساخت : 2-1400

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1400/02/29

پولد سرم

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
7.875	7.354	6.833	6.312	5.791	5.27	4.749	0.521	8.249

تاریخ	مقدار
23/05/1400	7
25/05/1400	7
26/05/1400	6.9
30/05/1400	6.8
31/05/1400	6.7

تاریخ	مقدار
13/05/1400	6
14/05/1400	5.9
16/05/1400	5.7
17/05/1400	5.3
18/05/1400	6.3
20/05/1400	6.7

تاریخ	مقدار
05/05/1400	5.8
06/05/1400	5.7
09/05/1400	5.3
10/05/1400	5.7
11/05/1400	6.5
12/05/1400	5.7

Mean: 6.176	SD: 0.593	CV%: 9.605
-------------	-----------	------------

