

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
عنوان کنترل : پولد سرم

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۹.۰۰۶	۰.۵۶۲	۴.۵۵۱	۵.۱۱۳	۵.۶۷۵	۶.۲۳۷	۶.۷۹۹	۷.۲۶۱	۷.۹۲۳

مقدار	تاریخ
۵.۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۶.۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶.۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۶.۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۶.۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۶.۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۵.۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۵.۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۶.۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۶.۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۶.۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۶.۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۶.۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۶.۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۶.۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۶.۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۶.۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۶.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۶.۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۶.۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۵.۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۱

CV%: 7.638	SD: 0.486	Mean: 6.368
------------	-----------	-------------

