

عنوان آزمایش : Carbamazepin  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹  
عنوان کنترل : پولد سرم

| %CV   | SD    | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN  | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۲</sup> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱۰.۰۹ | ۰.۶۵۶ | ۴.۵۳۹             | ۵.۱۹۵             | ۵.۸۵۱             | ۶.۵۰۷ | ۷.۱۶۳           | ۷.۸۱۹           | ۸.۴۷۵           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۵.۷   | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
| ۵.۵   | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۶.۲   | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
| ۶.۵   | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
| ۶.۱   | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۷     | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
| ۷     | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
| ۶.۱   | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 8.743 | SD: 0.548 | Mean: 6.262 |
|------------|-----------|-------------|

