

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
عنوان کنترل : پولد سرم

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۷.۹۴۷	۰.۵۲۲	۴.۹۹۷	۵.۵۱۹	۶.۰۴۱	۶.۵۶۳	۷.۰۸۵	۷.۶۰۷	۸.۱۲۹

مقدار	تاریخ
۷.۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۶.۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۶.۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۶.۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۶.۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۶.۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۵.۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۷.۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۶.۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۶.۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۳

CV%: 7.567	SD: 0.495	Mean: 6.54
------------	-----------	------------

