

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

| %CV | SD | SD ^۲ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۲ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۷.۵۷۷ | ۰.۴۸۵ | ۴.۹۴۵ | ۵.۴۳ | ۵.۹۱۵ | ۶.۴ | ۶.۸۸۵ | ۷.۳۷ | ۷.۸۵۵ |

| مقدار | تاریخ | مقدار | تاریخ | مقدار | تاریخ |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| ۶.۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۶.۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۷.۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
| | | ۶.۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۶.۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
| | | ۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۶.۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
| CV%: 6.601 | | SD: 0.431 | | Mean: 6.529 | |

