

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
عنوان کنترل : پولد سرم

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۵۷۷	۰.۴۸۵	۴.۹۴۵	۵.۴۳	۵.۹۱۵	۶.۴	۶.۸۸۵	۷.۳۷	۷.۸۵۵

مقدار	تاریخ
۶.۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۶.۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۶.۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۶.۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۶.۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۶.۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳

مقدار	تاریخ
۶.۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۵.۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۷.۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۶

CV%: 5.838	SD: 0.364	Mean: 6.227
------------	-----------	-------------

