

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
عنوان کنترل : پولد سرم

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۹۲۶	۰.۳۰۵	۵.۳۷۸	۵.۵۸۳	۵.۸۸۸	۶.۱۹۳	۶.۴۹۸	۶.۸۰۳	۷.۱۰۸

مقدار	تاریخ
۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۶.۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۵.۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۵.۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۶.۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۵.۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۶.۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۶.۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۶.۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲

CV%: 4.201	SD: 0.256	Mean: 6.09
------------	-----------	------------

