

عنوان آزمایش : Carbamazepin  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹  
عنوان کنترل : پولد سرم

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۹۷۲	۰.۲۴۲	۵.۳۶۱	۵.۶۰۳	۵.۸۴۵	۶.۰۸۷	۶.۳۲۹	۶.۵۷۱	۶.۸۱۳

مقدار	تاریخ
۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵.۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۶.۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۶.۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۵.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۶.۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۶.۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۶.۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵.۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲

CV%: 2.754	SD: 0.168	Mean: 6.085
------------	-----------	-------------

