

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
عنوان کنترل : پولد سرم
سری ساخت : ۰۱
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۶۸۶	۰.۲۹۴	۵.۳۸۸	۵.۶۸۲	۵.۹۷۶	۶.۲۷	۶.۵۶۴	۶.۸۵۸	۷.۱۵۲

مقدار	تاریخ
۶.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۶.۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۶.۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۶.۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۵.۹۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۵.۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۶.۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۶.۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۶.۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۵.۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۶.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰

CV%: 4.657	SD: 0.292	Mean: 6.262
------------	-----------	-------------

