

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۱۲۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰,۲۳۴	۰,۴۰۵	۲,۷۴۶	۳,۱۵۱	۳,۵۵۶	۳,۹۶۱	۴,۳۶۶	۴,۷۷۱	۵,۱۷۶

مقدار	تاریخ
۳,۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳,۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳,۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳,۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳,۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۳,۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۳,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۳,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۴,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۳,۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳,۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۴,۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۴,۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۳,۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۴,۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۳,۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۴,۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۳,۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۴,۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۳,۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۴,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۰

CV%: 10.837	SD: 0.417	Mean: 3.843
-------------	-----------	-------------

