

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۳۷۲	۰.۲۶۹	۵.۳۴	۵.۶۰۹	۵.۸۷۸	۶.۱۴۷	۶.۴۱۶	۶.۶۸۵	۶.۹۵۴

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۶.۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶.۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
		۶.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۶.۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
		۶.۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
		۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶.۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
CV%: 2.257		SD: 0.139		Mean: 6.178	

