

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۰۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۲۷۳	۰,۶۱۸	۵,۶۱۳	۶,۲۳۱	۶,۸۴۹	۷,۴۶۷	۸,۰۸۵	۸,۷۰۳	۹,۳۲۱

مقدار	تاریخ
۷,۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۸,۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۷,۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۷,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۷,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۸,۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۸,۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۸,۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۶,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۷,۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۷,۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۷,۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۷,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۷,۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۸,۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۶,۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۷,۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۷,۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۷,۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۱

CV%: 6.394	SD: 0.499	Mean: 7.8
------------	-----------	-----------

