

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Carbamazepin  
 عنوان دستگاه : hplc  
 عنوان کنترل : پولد سرم  
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳  
 سری ساخت : /۰

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۶.۴۱۵	۱.۳۷۹	۱۷.۳۵۶	۱۸.۷۳۵	۲۰.۱۱۴	۲۱.۴۹۳	۲۲.۸۷۳	۲۴.۲۵۱	۲۵.۶۳

مقدار	تاریخ
۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۹.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۲۰.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۷

مقدار	تاریخ
۲۰.۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۲۱.۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۲۱.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۲۱.۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۲۳.۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۳

مقدار	تاریخ
۲۲.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۰.۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۲۰.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۲۲.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۵

CV%: 6.032	SD: 1.274	Mean: 21.123
------------	-----------	--------------

