

عنوان کنترل : perci con-2
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۸/۱۸:

سری ساخت : ۴۶۱۹۷۵

عنوان آزمایش : Cyclosporine -ECLIA
عنوان دستگاه : e411

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۲	۲۳	۲۳۲	۲۶۵	۲۹۸	۳۳۱	۳۶۴	۳۹۷	۲۳۰

مقدار	تاریخ
۳۳۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۳۵۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۳۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۳

مقدار	تاریخ
۴۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۸۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۴۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۴۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۳۶۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۴۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۳۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۵

CV%: 11.276	SD: 40.943	Mean: 363.091
-------------	------------	---------------

