

عنوان کنترل : abbot I  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۱۲/۰۱:

سری ساخت : ۰۲۲۱۱۲۰۱

عنوان آزمایش : Cyclosporine -ECLIA  
عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۲.۲	۱۴.۰۸۳	۶۳.۵۰۱	۷۷.۵۸۴	۹۱.۶۶۷	۱۰۵.۷۵	۱۱۹.۸۳۳	۱۳۳.۹۱۶	۱۴۷.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۱۱۲.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۸۰.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۳
۱۰۷.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۱۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۱۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۱۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۱۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۴

CV%: 8.617	SD: 8.898	Mean: 103.259
------------	-----------	---------------

