

عنوان کنترل : abbot I  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۱۲/۰۱:

سری ساخت : ۰۲۲۱۱۲۰۱

عنوان آزمایش : Cyclosporine -ECLIA  
عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۲.۲	۱۴.۰۸۳	۶۳.۵۰۱	۷۷.۵۸۴	۹۱.۶۶۷	۱۰۵.۷۵	۱۱۹.۸۳۳	۱۳۳.۹۱۶	۱۴۷.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۰۷.۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۴
۱۱۶.۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۷
۱۱۳.۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۹
۱۱۹.۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۱۷.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۳۱
۱۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۳۳
۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۳۵
۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۳۸
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۱۱۲.۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۸۰.۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۳

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۱۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۱۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۸

CV%: 8.935	SD: 9.471	Mean: 106
------------	-----------	-----------

