

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۱۸:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : DHEA SO4-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۴.۴۷۳	۱.۴۰۶	۲۷.۲۱۹	۲۸.۶۲۵	۳۰.۰۳۱	۳۱.۴۳۷	۳۲.۸۴۳	۳۴.۲۴۹	۳۵.۶۵۵

مقدار	تاریخ
۳۲.۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۳۲.۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۲۹.۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳۲.۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۳۲.۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۳۲.۸	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۲.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۴.۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۳۲.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۳۲.۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۳۲.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳۲.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۳۲.۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۳۲.۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۰.۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۳۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۳۴.۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۳۲.۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۲.۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳۰.۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۱.۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۳۲.۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۳۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۱

CV%: 3.38	SD: 1.1	Mean: 32.533
-----------	---------	--------------

