

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : DHEA SO4-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۱۹۳	۰.۸۹۷	۲۵.۲۸۶	۲۶.۲۸۳	۲۷.۱۸	۲۸.۰۷۷	۲۸.۹۷۴	۲۹.۸۷۱	۳۰.۷۶۸

مقدار	تاریخ
۲۸.۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۲۹.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲۹.۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲۸.۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۸.۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۷.۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲۷.۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۲۶.۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۲۸.۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۲۸.۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۲۹.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۲۹.۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۲۷.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۲۷.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲۸.۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۲۷.۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۲۶.۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۲۶.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۲۸.۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲۶.۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۲۷.۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۱

CV%: 3.477	SD: 0.976	Mean: 28.078
------------	-----------	--------------

