

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : DHEA SO4-CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۵۰۸	۰.۹۸۸	۲۵.۲۰۳	۲۶.۱۹۱	۲۷.۱۷۹	۲۸.۱۶۷	۲۹.۱۵۵	۳۰.۱۴۳	۳۱.۱۳۱

مقدار	تاریخ
۲۸.۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۲۹.۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۲۷.۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۲۹.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲۸.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۲۹.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲۸.۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۲۶.۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۲۸.۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۲۸.۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۲۹.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۲۷.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۹.۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۲۸.۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲۹.۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۲۸.۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 3.078	SD: 0.885	Mean: 28.736
------------	-----------	--------------

