

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : DHEA SO4-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۸۶۸	۰.۸۲۴	۲۶.۲۵۵	۲۷.۰۷۹	۲۷.۹۰۳	۲۸.۷۲۷	۲۹.۵۵۱	۳۰.۳۷۵	۳۱.۱۹۹

مقدار	تاریخ
۲۸.۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۲۸.۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲۹.۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲۹.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۲۷.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲۹.۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۹.۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۹.۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۸.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۹.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۸.۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۹.۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۳۰.۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۷.۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۲۸.۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۲۷.۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۲۷.۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۲۸.۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲۸.۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۲۸.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۲۸.۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱

CV%: 2.734	SD: 0.787	Mean: 28.772
------------	-----------	--------------

