

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۱۸:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : DHEA SO4-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD _{۲-}	SD _{۱-}	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۳
۷.۴	۲.۱۱۷	۲۵.۳۹۹	۲۷.۵۱۶	۳۱.۷۵	۳۳.۸۶۷	۳۵.۹۸۴	۳۸.۱۰۱

مقدار	تاریخ
۳۰.۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۳۰.۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۳۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۵

مقدار	تاریخ
۲۹.۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۳۱.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۳۲.۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳۰.۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳۱.۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱

مقدار	تاریخ
۲۹.۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۳۰.۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۳۰.۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۳۱.۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۲۸.۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۳۰.۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۴

CV%: 5.086	SD: 1.567	Mean: 30.807
------------	-----------	--------------

