

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۱

عنوان آزمایش : DHEA SO4

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۴.۰۷۹	۱.۲۰۴	۲۵.۹۱۳	۲۷.۱۱۷	۲۸.۳۲۱	۲۹.۵۲۵	۳۰.۷۲۹	۳۱.۹۳۳	۳۳.۱۳۷

مقدار	تاریخ
۳۱.۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۱.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۳۰.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳۱.۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۳۱.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۲۹.۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۲۸.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳۱.۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۳۰.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲۹.۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۳۰.۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳۱.۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۲۹.۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳۱.۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳۰.۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۲۸.۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۸.۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۲۷.۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۹

CV%: 4.432	SD: 1.328	Mean: 29.97
------------	-----------	-------------

