

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۱

عنوان آزمایش : DHEA SO4

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۴۲۱	۱.۳۱۸	۲۵.۷۹۹	۲۷.۱۱۷	۲۸.۴۳۵	۲۹.۷۵۳	۳۱.۰۷۱	۳۲.۳۸۹	۳۳.۷۰۷

مقدار	تاریخ
۳۲.۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۱.۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۰.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۳۲.۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۹.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۳۲.۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۳۱.۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۲۹.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۷.۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲۸.۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۳۱.۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳۲.۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳۱.۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

CV%: 4.182	SD: 1.299	Mean: 31.065
------------	-----------	--------------

