

عنوان آزمایش : DHEA SO4  
 عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
 عنوان کنترل : Universal II  
 شروع کنترل : سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵  
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۱: ۱۴۰۱/۰۴/۰۹

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۱	۴۱	۳۸۸	۴۲۹	۴۷۰	۵۱۱	۵۵۲	۵۹۳	۶۳۴

مقدار	تاریخ
۵۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۱

مقدار	تاریخ
۵۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۵۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۵۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۵۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۵۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۵۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۵۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۵

CV%: 3.972	SD: 22.593	Mean: 568.778
------------	------------	---------------

