

عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۴/۲۰:

عنوان آزمایش : DHEA SO4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۲۷	۷.۱۲۶	۱۹۶.۵۲۲	۲۰۳.۶۴۸	۲۱۰.۷۷۴	۲۱۷.۹	۲۲۵.۰۲۶	۲۳۲.۱۵۲	۲۳۹.۲۷۸

مقدار	تاریخ
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۲۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۲۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۲۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۲۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۲۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۲۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۲۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۲۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۲۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۲۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۲۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۲۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۲۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۲۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۱

CV%: 2.311	SD: 5.149	Mean: 222.789
------------	-----------	---------------

