

Universal I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

DHEA S04 : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۲۳۷	۹,۳۴۹	۱۹۲,۵۹	۲۰۱,۹۳۹	۲۱۱,۲۸۸	۲۲۰,۶۳۷	۲۲۹,۹۸۶	۲۳۹,۳۳۵	۲۴۸,۶۸۴

مقدار	تاریخ
۲۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۲۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۲۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۲۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۲۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۲۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۲۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۲۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۹

CV%: 4.459	SD: 9.935	Mean: 222.8
------------	-----------	-------------

