

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

سری ساخت : ۲۵۷۱۰۲۱۱/

عنوان آزمایش : DHEA SO4

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۷.۴	۲.۱۸۳	۲۶.۲۰۱	۲۸.۲۸۴	۳۰.۵۶۷	۳۲.۷۵	۳۴.۹۳۳	۳۷.۱۱۶	۳۹.۲۹۹

مقدار	تاریخ
۲۹.۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۳۳.۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲۹.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۳۰.۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۱.۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۳۰.۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۳۱.۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۲۹.۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۳۱.۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۳۰.۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۳۰.۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۲۹.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۹.۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵

CV%: 4.077	SD: 1.254	Mean: 30.768
------------	-----------	--------------

