

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1  
 شروع کنترل  
 ۱۳۹۹/۰۶/۰۲:

سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : DHEA SO4-CLIA  
 عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۳</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۳</sub>
۴.۰۴۱	۰.۹۸۴	۲۱.۳۹۵	۲۲.۳۷۹	۲۳.۳۶۳	۲۴.۳۴۷	۲۵.۳۳۱	۲۶.۳۱۵	۲۷.۲۹۹

مقدار	تاریخ
۲۴.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۲۲.۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۲۳.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۲۴.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۲۳.۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۶.۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۲۵.۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۲۴.۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۲۴.۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۲۳.۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۲۴.۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۲۵.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۲۵.۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۲۳.۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۲۲.۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۲۴.۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 4.348	SD: 1.059	Mean: 24.352
------------	-----------	--------------