

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۶/۰۲:

سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : DHEA SO4-CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۴.۰۴۱	۰.۹۸۴	۲۱.۳۹۵	۲۲.۳۷۹	۲۳.۳۶۳	۲۴.۳۴۷	۲۵.۳۳۱	۲۶.۳۱۵	۲۷.۲۹۹

مقدار	تاریخ
۲۵.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۲۴.۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۲۵.۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۲۳.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۲۴.۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۳.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۲۴.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۲۴.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۲۴.۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۲۴.۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۲۲.۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۲۲.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 4.156	SD: 1.014	Mean: 24.408
------------	-----------	--------------