

HIGH : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

DHT : عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه : الیزاریدر
سری ساخت : CS3006

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۰۸	۳۷,۶۸	۳۰۱,۹۲۷	۳۳۹,۶۰۷	۳۷۷,۲۸۷	۴۱۴,۹۶۷	۴۵۲,۶۴۷	۴۹۰,۳۲۷	۵۲۸,۰۰۷

مقدار	تاریخ
۴۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۴۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۴۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۴۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۴۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۴۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۴۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۴۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۳۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۴۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۴۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۴۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۴۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۴۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۴۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۴۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۹

CV%: 5.276	SD: 22.805	Mean: 432.211
------------	------------	---------------

