

عنوان آزمایش : Digoxin-CLIA
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : biorad III
سری ساخت : -/۴۰۳۸۳
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۵.۹۷۲	۰.۲۱۶	۲.۹۷۲	۲.۱۸۸	۲.۴۰۴	۳.۶۲	۲.۸۳۶	۴.۰۵۲	۴.۲۶۸

مقدار	تاریخ
۴.۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۳.۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۳.۷۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۳.۹۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳.۷۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۳.۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۳.۸۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۳.۷۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۳.۷۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۳.۸۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۳.۶۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۳.۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۳.۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۳.۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۳.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۳.۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۳.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۳.۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۳.۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۹

CV%: 4.941	SD: 0.184	Mean: 3.724
------------	-----------	-------------

