

biorad III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

سری ساخت : -/۴۰۲۸۳

Digoxin : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۲۸۷	۰.۱۲۷	۲.۳۷	۲.۴۹۷	۲.۶۲۴	۳.۷۵۱	۲.۸۷۸	۴.۰۰۵	۴.۱۳۲

مقدار	تاریخ
۳.۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۳.۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۶

مقدار	تاریخ
۳.۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۳.۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۳.۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۳.۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۳.۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۳.۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۳.۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳.۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳.۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۳.۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷

CV%: 3.558	SD: 0.134	Mean: 3.778
------------	-----------	-------------

