

عنوان آزمایش : Digoxin  
عنوان دستگاه : کوپاس E411  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۰/۲۹  
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۳.۲۰۴	۰.۱۸۴	۰.۸۴۴	۱.۰۲۸	۱.۳۱۳	۱.۳۹۶	۱.۵۸	۱.۷۶۴	۱.۹۴۸

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱.۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱.۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۱.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۱.۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱.۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱.۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۷

CV%: 11.729	SD: 0.159	Mean: 1.356
-------------	-----------	-------------

