

permium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

Digoxin : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۳	۰,۲۶۳	۳,۱۲۱	۳,۳۸۴	۳,۶۴۷	۳,۹۱	۴,۱۷۳	۴,۴۳۶	۴,۶۹۹

مقدار	تاریخ
۳,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۴,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷

مقدار	تاریخ
۴,۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۴,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۳

مقدار	تاریخ
۴,۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳,۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۴

CV%: 4.188	SD: 0.17	Mean: 4.068
------------	----------	-------------

