

Cardia II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سری ساخت : ۵۱۹۸۲۲۹۹

Digoxin : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۰.۰۸۷	۰.۲۸۲	۱.۹۵	۲.۲۳۲	۲.۵۱۴	۲.۷۹۶	۲.۰۷۸	۲.۳۶	۲.۶۴۲

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۲.۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲.۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۳.۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۲.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۹

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲.۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۳.۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۲.۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲.۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲.۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲.۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۸

CV%: 10.783	SD: 0.316	Mean: 2.931
-------------	-----------	-------------

