

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

biorad II : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

سری ساخت : ۴۰۳۶۲

Digoxin-CLIA : عنوان آزمایش :

simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۲۷۳	۰.۰۹۵	۱.۹۴۱	۲.۰۳۶	۲.۱۳۱	۲.۲۲۶	۲.۳۲۱	۲.۴۱۶	۲.۵۱۱

مقدار	تاریخ
۲.۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۲.۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۲.۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۲.۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۲.۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۲.۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۲.۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۲.۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۲.۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۲.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۲.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۲.۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۲.۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۲.۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۲.۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۲.۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۲.۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۲.۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۲.۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۲.۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۲.۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۲.۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۲.۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۲.۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 3.499	SD: 0.078	Mean: 2.224
------------	-----------	-------------