

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Radox II : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

سری ساخت : CK۴۳۴۴ /

Digoxin-CLIA

: عنوان آزمایش :

simense

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۸.۳	۰.۱۱	۱.۳۳	۱.۴۴	۱.۵۵	۱.۶۶	۱.۷۷	۱.۸۸	۱.۹۹

مقدار	تاریخ
۱.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱.۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۱.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۱.۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱.۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱.۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۱.۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۱.۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۱.۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳

CV%: 5.834	SD: 0.094	Mean: 1.607
------------	-----------	-------------

