

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۳۰۱

Estradiol : عنوان آزمایش :

ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۷	۶.۳۱۷	۳۶.۷۹۹	۴۳.۰۱۶	۴۹.۲۳۳	۵۵.۴۵	۶۱.۶۶۷	۶۷.۸۸۴	۷۴.۱۰۱

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۶۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۶۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۵۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۶۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۶۶	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۶۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۵۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۶۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۶۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۶۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۶۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۵۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۶۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۵۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 9.808	SD: 5.566	Mean: 56.75
------------	-----------	-------------

