

عنوان کنترل : ABBOTT-1

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۳۰۱ /

عنوان آزمایش : Estradiol

عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۷	۶.۲۱۷	۳۶.۷۹۹	۴۳.۰۱۶	۴۹.۲۳۳	۵۵.۴۵	۶۱.۶۶۷	۶۷.۸۸۴	۷۴.۱۰۱

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۵۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۵۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۵۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۵۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۵۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۵۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۵۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۶۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۵۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۵۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۵۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۵۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۵۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۵۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۴۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۵۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۵۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۵۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۱

CV%: 8.304	SD: 4.646	Mean: 55.957
------------	-----------	--------------

