

عنوان آزمایش : Estradiol
عنوان دستگاه : ABBOTT
عنوان کنترل : ABBOTT-1
سری ساخت : ۳۳۴۰۲۳۰۱ / شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۷.۰۲۷	۴.۲۱۴	۴۷.۳۲۵	۵۱.۵۳۹	۵۵.۷۵۳	۵۹.۹۶۷	۶۴.۱۸۱	۶۸.۳۹۵	۷۲.۶۰۹

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۶۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۶۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۶۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۶۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۶۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۶۸	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۶۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۶۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۵۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۵۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۵۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۶۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۵۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۵۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۵۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۶۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۵۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۵۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۵۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۶۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۶۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۵۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۵۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۶۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱

CV%: 7.602	SD: 4.592	Mean: 60.4
------------	-----------	------------

