

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

سری ساخت : -/۳۳۴۰۲۲۰۱

Estradiol : عنوان آزمایش :

ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۶.۴	۶.۲۱۷	۳۶.۷۹۹	۴۳.۰۱۶	۴۹.۲۳۳	۵۵.۴۵	۶۱.۶۶۷	۶۷.۸۸۴	۷۴.۱۰۱

مقدار	تاریخ
۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۹
۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۶
۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۲
۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۳
۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵

CV%: 9.064	SD: 4.795	Mean: 52.9
------------	-----------	------------

