

biorad III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

Estradiol : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۴۰۳۸۳ /
زیمنس : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۶.۷	۴۷.۱۶۷	۵۲۰.۹۹۹	۵۶۸.۱۶۶	۶۱۵.۳۳۳	۶۶۲.۵	۷۰۹.۶۶۷	۷۵۶.۸۳۴	۸۰۴.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۶۴۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۶۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۶۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۵۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۶۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۵۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۵۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۵۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۶۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶

CV%: 7.616	SD: 47.74	Mean: 626.8
------------	-----------	-------------

