

عنوان کنترل : Universal I  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۸/۱۱:

عنوان آزمایش : Estradiol  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
سری ساخت : ۵۶۳۹۶۲

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۸	۱۰.۳۱۷	۷۲.۰۹۹	۸۲.۴۱۶	۹۲.۷۳۳	۱۰۳.۰۵	۱۱۳.۳۶۷	۱۲۳.۶۸۴	۱۳۴.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۱۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۱۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۹۸.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۹۴.۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۹۲.۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۹۸.۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۹۰.۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۹۴.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷

CV%: 5.755	SD: 5.792	Mean: 100.647
------------	-----------	---------------

