

عنوان آزمایش : Estradiol
عنوان دستگاه : ABBOTT
عنوان کنترل : ABBOTT-1
سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۴	۶.۱	۴۲.۲	۴۸.۳	۵۴.۴	۶۰.۵	۶۶.۶	۷۲.۷	۷۸.۸

مقدار	تاریخ
۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲

CV%: 7.563	SD: 4.589	Mean: 60.68
------------	-----------	-------------

