

عنوان کنترل : ABBOTT-1

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

عنوان آزمایش : Estradiol

عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ₁ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۲۶۱	۳.۳۲۵	۵۳.۲۳۸	۵۶.۵۶۳	۵۹.۸۸۸	۶۳.۳۱۳	۶۶.۵۳۸	۶۹.۸۶۳	۷۳.۱۸۸

مقدار	تاریخ
۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۰

CV%: 5.575	SD: 3.453	Mean: 61.933
------------	-----------	--------------

