

Universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

Estradiol : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹۰۵

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۱۵۴	۴,۱۵۴	۸۷,۵۴	۹۱,۶۹۴	۹۵,۸۴۸	۱۰۰,۰۰۲	۱۰۴,۱۵۶	۱۰۸,۳۱	۱۱۲,۴۶۴

مقدار	تاریخ
۱۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۱۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۹۲,۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۹۸,۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۰۲,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۹۶,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۰۰,۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۹۹,۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۰۳,۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۰۰,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۰۴,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۹۸,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۹۶,۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱

CV%: 3.726	SD: 3.787	Mean: 101.642
------------	-----------	---------------

