

Universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

Estradiol : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹۰۵

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۶۵۶	۳,۶۹۸	۹۰,۰۷۶	۹۳,۷۷۴	۹۷,۴۷۲	۱۰۱,۱۷	۱۰۴,۸۶۸	۱۰۸,۵۶۶	۱۱۲,۲۶۴

مقدار	تاریخ
۹۸,۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۹۹,۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۹۴,۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۹۶,۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱۱,۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۰۷,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۱۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۰۱,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۹۸,۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۰۵,۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۰۰,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۹۶,۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 5.161	SD: 5.243	Mean: 101.582
------------	-----------	---------------

