

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

عنوان آزمایش : Estradiol  
عنوان دستگاه : ABBOTT  
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۴	۶	۴۱,۵	۴۷,۵	۵۳,۵	۵۹,۵	۶۵,۵	۷۱,۵	۷۷,۵

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵

مقدار	تاریخ
۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹

CV%: 5.234	SD: 2.998	Mean: 57.286
------------	-----------	--------------

